



**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO**

REGLÓN 1

Cantidad: 60

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Sensor para oximetría de pulso.
- 1.2. Tipo Clip o pinza.
- 1.3. Reusable para adulto, compatible con monitor Mindray modelo uMEC 12, e PM 12, Benevision N17, Beneview T6 y mesa de anestesia A5/Ex65.

REGLÓN 2

Cantidad: 45

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2.1. Cable armado – cable paciente para saturometría reusable.
- 2.2. Compatible con monitor marca Mindray modelos uMEC12, e-PM 12, Beneview T6, Benevision N17, A5/Ex-65.

REGLÓN 3

Cantidad: 20

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 3.1. Cable troncal de ECG de cinco (5) derivaciones reusable.
- 3.2. Latiguillos tipo snap.
- 3.3. Compatible con monitor Mindray modelos uMEC12, e-PM 12, Beneview T6, Benevision N17, A5/Ex-65.

REGLÓN 4

Cantidad: 10

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 4.1. Cable troncal de ECG de tres (3) derivaciones reusable.
- 4.2. Latiguillos tipo snap.
- 4.3. Compatible con monitor Mindray modelos uMEC12, e-PM 12, Beneview T6, Benevision N17, A5/Ex-65.



REGLÓN 5

Cantidad: 7

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 5.1. Cable paciente para medición de registro de ECG para electrocardiógrafo.
- 5.2. Con 10 cables de derivaciones con conector tipo banana 4.0
- 5.3. Conector proximal TPU
- 5.4. Libre de látex
- 5.5. 2 (dos) cajas de peritas
- 5.6. Longitud del cable no menor a m 3
- 5.7. Compatible con electrocardiógrafo marca Cardiotecnica modelo RG 506 y RG 401

REGLÓN 6

Cantidad: 7

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 6.1. Cable paciente para medición de registro de ECG para electrocardiógrafo.
- 6.2. Con 10 cables de derivaciones con conector tipo banana 4.0
- 6.3. Conector proximal TPU
- 6.4. Libre de látex
- 6.5. 2 (dos) cajas de peritas
- 6.6. Longitud del cable no menor a m 3
- 6.7. Compatible con electrocardiógrafo marca Fukuda modelo FX-7102

REGLÓN 7

Cantidad: 7

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 7.1. Cable paciente para medición de registro de ECG para electrocardiógrafo.
- 7.2. Con 10 cables de derivaciones con conector tipo banana 4.0
- 7.3. Conector proximal TPU
- 7.4. Libre de látex
- 7.5. 2 (dos) cajas de peritas
- 7.6. Longitud del cable no menor a m 3
- 7.7. Compatible con electrocardiógrafo marca Edan modelo SE-1

REGLÓN 8

Cantidad: 7

8. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 8.1. Cable paciente para medición de registro de ECG para electrocardiógrafo.



*Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich*

- 8.2. Con 10 cables de derivaciones con conector tipo banana 4.0
- 8.3. Conector proximal TPU
- 8.4. Libre de látex
- 8.5. 2 (dos) cajas de peritas
- 8.6. Longitud del cable no menor a m 3
- 8.7. Compatible con electrocardiógrafo marca Biocare modelo 300 G

Todos los accesorios deberán ser nuevos, sin uso y ser entregados en sus envases sellados.

El oferente deberá informar el stock y los tiempos de entrega, siendo condición excluyente la entrega inmediata

El equipamiento ofertado deberá cumplir con los REQUISITOS del PETG (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Equipamiento Médico)

EL OFERENTE DEBERÁ CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO PRESENTACIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN.

PLIEGO SIN VALOR



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Adquisición - Cables

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.03.30 09:44:26 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.03.30 09:44:26 -03'00'



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Salud
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO

RENLÓN 1

Cantidad: 8

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Cable paciente pentapolar completo para HOLTER
- 1.2. Con Snaps
- 1.3. Compatibles con los equipos de holter Eccosur HT 103

RENLÓN 2

Cantidad: 8

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2.1. Memoria SD
- 2.2. Menor a 8 GB
- 2.3. Para el equipo mencionado en el renglón 1

Todos los accesorios deberán ser nuevos, sin uso y ser entregados en sus envases sellados.

El oferente deberá informar el stock y los tiempos de entrega, siendo condición excluyente la entrega inmediata

El equipamiento ofertado deberá cumplir con los REQUISITOS del PETG (Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Equipamiento Médico)

EL OFERENTE DEBERÁ CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO PRESENTACIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN.

PLIEGO SIN VALOR



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Compra - Cables Holter

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.03.31 10:04:40 -03'00'

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.03.31 10:04:41 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Buenos Aires,

Referencia: pliego tecnico unido 0992

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.