



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
HOSPITAL DE QUEMADOS**

CLAUSULAS PARTICULARES

- 1.- ACTUACION EXPEDIENTE NRO.: 18021113/GCABA/HQ/22
- 2.- SOLICITUD DE GASTO NRO: 428-2861-SG22
- 3.- REPARTICION SOLICITANTE: HOSPITAL ARTURO UMBERTO ILLIA -
- 4.- LICITACIÓN PÚBLICA: NRO.: 428-0692-LPU22
- 5.-AMPLIACION Y/O PRORROGA DE CONTRATO: SEGÚN ARTICULO 110 Ley 2095
- 6.- RUBRO: MANOMETROS REDUCTORES UTIA.
- 7.- FECHA Y HORA DE APERTURA: 31-05-2022 a las 10:00 horas.
- 8.- LUGAR DE APERTURA: www.buenosairescompras.gob.ar
- 9.-PLAZO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas, renovable por otro periodo similar.
- 10.- COTIZACIÓN Y ADJUDICACION: admite parcial por renglón y cantidad renglones.
- 11.-MONEDA COTIZACIÓN: PESOS
- 12.-TIPO OFERTA: UNICA
- 13.-VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO.
- 14.-GARANTIA IMPUGNACION PLIEGO 3%
- 15.- PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO.
- 16.- PUBLICACION EN INTRANET y BOLETIN OFICIAL
<http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice.>
- 17.-DURACION DEL CONTRATO: 5 DIAS HABILES.
- 18- LUGAR DE ENTREGA: DEPENDENCIA HOSPITAL DE QUEMADOS
SECTOR: UTIA Y QUIROFANO DE QUEMADOS. Horario de Lunes a Viernes de 8 a 13 Hs.
- 19.- EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR OFERTAS ALTERNATIVAS
- 20.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Según Art 92,93 ,94 de Ley 2095 (texto consolidado según ley N°634) y Art. 117 Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/21.
- 21.- GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO según Art. 106 Ley 2095 (texto consolidado según ley N°6347) y Art. 118 Decreto Reglamentario N° 74/GCABA/AJG/21.

22.- SE ACEPTARAN OFERTAS SUPERADORAS, SIENDO QUE EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS ESTABLECE LAS CONDICIONES MINIMAS REQUERIDAS.

Nº renglón	Objeto del gasto	Código ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad
1	2-9-5-0	33.01.002.0092.8	REDUCTOR DE ALTA PRESION Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Para tubo de oxígeno, con 2 manómetros, de salida de baja presión escala 0-10 Kg/cm2 con salida 9/16" rosada acople DISS (Diameter Index Safety System) apto para respiradores, entrada de alta escala 0 - 320 kg/cm2 aproximadamente	Reductor ajustable de alta presión para tubo de oxígeno, con 2 manómetros de salida, uno de alta presión y uno de baja para conectarse al respirador de transporte	3,00 Unidad de 1 Unidad
2	2-9-5-0	33.01.002.0092.9	REDUCTOR DE BAJA PRESION PARA OXIGENO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Acople ON, para uso hospitalario	Reducir de baja presión de oxígeno para panel con rosca AFNOR. Cabecera de poliducto.	3,00 Unidad de 1 Unidad
3	2-9-5-0	33.01.002.0092.10	REDUCTOR DE BAJA PRESION PARA AIRE COMPRIMIDO Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Modelo: Acople ON, para uso hospitalario	Reducir de baja presión de aire comprimido con acople AFNOR. Para cabezal de poliducto.	3,00 Unidad de 1 Unidad

RENGLÓN 1

Especificaciones técnicas:	Reducer ajustable de alta presión para tubo de oxígeno, con 2 manómetros de salida, uno de alta presión y uno de baja para conectarse al respirador de transporte. Modelo UNIVENT
Acondicionamiento:	1

Cantidad	Lugar de Entrega	Teléfono	Plazo de Entrega
3,00	UTIP 1er piso de mañana	49094770 y 49094722	Dentro de los: 5 Días hábiles, a partir de: Perfeccionamiento del documento contractual.

RENGLÓN 2

Especificaciones técnicas:	Reducer de baja presión de oxígeno para panel con rosca AFNOR. Cabeza de poliducto.
Acondicionamiento:	1

Cantidad	Lugar de Entrega	Teléfono	Plazo de Entrega
3,00	UTIP 1er piso de mañana	49094770 y 49094722	Dentro de los: 5 Días hábiles, a partir de: Perfeccionamiento del documento contractual.

RENGLÓN 3

Especificaciones técnicas:	Reducer de baja presión de aire comprimido con acople AFNOR. Para cabezal de poliducto.
Acondicionamiento:	1

Cantidad	Lugar de Entrega	Teléfono	Plazo de Entrega
3,00	UTIP 1er piso de mañana	49094770 y 49094722	Dentro de los: 5 Días hábiles, a partir de: Perfeccionamiento del documento contractual.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Pliego**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Pliego 428-0692-LPU22

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.